FICHE MATÉRIEL

MÉTROLOGIE — ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Température, hygrométrie, débits et pressions différentielles

Objet

Matériel conforme aux exigences des normes **ISO 14644-1 et 3**. Appareil permettant de mesurer des **vitesses d'air**, des **débits de soufflage**, **d'extraction** et **d'air neuf** au niveau des terminaux. **Calcul automatique** des débits. Affiche la **moyenne**, le **minimum** et le **maximum** de la mesure.



MARQUE	**KIMO**
TYPE	**Multifonction**
MODÈLE	**AMI 300 Pro**

Caractéristiques techniques

Principe de mesure

SONDES	**Fil chaud** · **anémomètre à hélice** · **sonde de Pitot**
PLAGE	fil chaud **0,15 à 30 m/s** · hélice **0,25 à 35 m/s**

Résolution

FIL CHAUD	**0,01 m/s**
HÉLICE	**0,01 m/s**

Incertitude

FIL CHAUD	**± 3 %** de la lecture ou **0,03 m/s**
HÉLICE	**± 3 %** ou **0,01 m/s** (0,25 à 3 m/s) · **± 1 %** ou **0,03 m/s** (3,1 à 35 m/s)

Utilisation et maintenance

UTILISATION	**0 °C à 50 °C**
STOCKAGE	**−20 °C à 80 °C**
ÉTALONNAGE	**Annuel**

Stockage, transmission et accessoires

MÉMOIRE	**12 000 points** ou **50 campagnes** · mémorisation manuelle ou automatique
TRANSFERT	Lecture directe sur l'appareil, **impression**, ou déchargement sur PC via logiciel d'acquisition
ASSOCIÉS	Ailes de **Débimo**

Reproduction et diffusion interdites