FICHE MATÉRIEL

MÉTROLOGIE — ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Collecte des germes et particules viables de l'air par impaction

Objet

Matériel conforme aux exigences des normes **ISO 14644-1 et 3**. Appareil permettant la **collecte des germes** ou particules viables présentes dans l'air, par **impaction directe** sur boîte de Pétri de **90 mm** de diamètre.



MARQUE	**CLIMET**
TYPE	**Collecteur de germes**
MODÈLE	**CI-95**

Caractéristiques techniques

Efficacité et débit

COLLECTE	Impaction des particules sur la boîte de Pétri : **50 % à 1,0 µm** (minimum)
DÉBIT	**100 l/min**, avec contrôle électronique

Applications

PRODUCTION	Surveillance microbienne des **zones critiques** · qualification des salles propres selon **GMP** · suivi des productions **aseptiques**
ZONES	Contrôle de la contamination microbienne des zones à contamination contrôlée · suivi microbien des **blocs opératoires**

Utilisation et maintenance

ÉTALONNAGE	**Annuel**
AUTONOMIE	**9 h** en utilisation continue ; charge et fonctionne simultanément

Autres renseignements

BOÎTE	Pétri **Ø 90 standard**
SORTIE D'AIR	**Filtrée**
BPF	Respect des **bonnes pratiques de fabrication**

Matériels associés

TÊTE	Tête de prélèvement **autoclavable**, aluminium ou inox
CLIPS	Clips pour boîte de Pétri, **inox**

Reproduction et diffusion interdites